

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Fundo Municipal de Saúde de São Mateus
Fundo Municipal de Saúde de São Mateus
Pregão Eletrônico - 000007/2026

Resultado da Homologação

0001 - ADIPOMETRO OPERACAO: ANALOGICO, MATERIAL: METAL, RESOLUCAO:RESOLUCAO 0,1 MM, FAIXA DE OPERACAO: ATE 90 MM, PRESSAO:CERCA DE 10 G/MM2. - AVANUTRI AVA110 - Valor Referência: R\$ 311,52

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	200,00	26.000,00	Homologado em 30/07/2026 08:39:28 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0002 - AUTOCLAVE MATERIAL: ACO INOX, TIPO: HORIZONTAL, MODELO:GRAVITACIONAL, OPERACAO: AUTOMATICA,DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL: SISTEMASDE SECAGEM E SEGURANCA, VOLUME CAMARA:CERCA DE 20L, COMPOSICAO: SENSORESTEMPERATURA E PRESSAO, ALARMES, OUTROSCOMPONENTES: 3 BANDEJAS. - AD21LB - Valor Referência: R\$ 2.905,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.798,00	279.800,00	Homologado em 30/07/2026 08:39:28 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0003 - APOIO DE BRACO PARA COLETA DE SANGUE, MATERIAL:ACO INOXIDAVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA:ESMALTADO, DESCRICAO: APOIO DE BRACO PARA COLETA DESANGUE, MATERIAL ACO INOXIDAVEL,ACABAMENTO DE ESTRUTURA ESMALTADO.REGULAGEM DE ALTURA: POR MANIPLA, PES COM4 PES EM FERRO FUNDIDO, PES COM PONTEIRASPLASTICAS.ESPECIFICACOES: SUPORTE APOIO DE BRACOPARA INJECAO COM ALTURA REGULAVEL;SUPORTE DE BRACO ALTURA REGULAVEL PORMANIPULO, HASTE CROMADA;APOIO DE BRACO EM ACO INOX, BASE TUBULAR EMACO COM PINTURA.DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA MINIMA: 75CM; ALTURA MAXIMA: 115 CM; TAMANHO DAONCHA: 20 CM - SALUTEM / COLETA - Valor Referência: R\$ 223,10

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	127,00	12.700,00	Homologado em 30/07/2026 08:39:28 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0004 - ARMARIO VITRINE ESPECIFICACOES:ARMARIO VITRINE COM 02 PORTAS LATERAIS EMVIDRO 3MM;PORTAS COM FECHADURA CILINDRICA;FUNDO E TETO EM CHAPA DE ACO COM PINTURAEPOXI;PES EM TUBOS DE ACO QUADRADO COMPONTEIRAS PLASTICAS;04 PRATELEIRAS INTERNAS EM VIDRO (3MM).ESTRUTURA VERTICAL DE PORTE MEDIO,ADEQUADA PARA EXPOSICAO E ARMAZENAMENTODE MATERIAIS.DIMENSOES EXTERNAS APROXIMADAS:Armario: Altura = 1682 mm Largura = 655 mm Comprimento = 400 mm;Portas: Altura = 1160 mm Largura = 330 mm.CAPACIDADE DE CARGA ESTATICA PORPRATELEIRA: 8 kg.CONDICIONANTES ADICIONAIS:O FORNECEDOR E RESPONSAVEL PELA ENTREGADO ARMARIO COMPLETAMENTE MONTADO,GARANTINDO SUA INTEGRIDADE ESTRUTURAL EESTETICA. CONSIDERANDO A PRESENCA DECOMPONENTES EM VIDRO, FICA SOBRESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO FORNECEDORASSEGURAR O TRANSPORTE ADEQUADO E AGARANTIA CONTRA QUAISQUER DANOS OUQUEBRAS DECORRENTES DO MANUSEIO ETRANSPORTE ATE O LOCAL DE ENTREGA. - HSP 1010 - Valor Referência: R\$ 1.329,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
D&D Empreendimentos Comerciais Ltda	1.089,00	108.900,00	Homologado em 30/07/2026 08:39:28 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0005 - BALANCA DIGITAL ADULTA, ANTROPOMETRICA: ESPECIFICACOES TECNICAS:MODELO: DIGITAL;CAPACIDADE MAXIMA: 200KGDIVISAO: 50GCOMPOSICAO: ACO CARBONO COM ACABAMENTOBICROMATIZADO.PINTURA: EPOXI NA COR BRANCA; TAPETE E PESEM BORRACHA SINTETICA ANTIDERRAPANTE.REGUA ANTROPOMETRICA RETRATIL EM ALUMINIOANODIZADO E LITOGRAFADO PAINEL COM 06DIGITOS EM LED;FUNCAO TARA ATE A CAPACIDADE MAXIMA DABALANCA;DISPLAY COM 06 DIGITOS EM: LED VERMELHO;TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DEALTA RESISTENCIA;FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA DE 90 A 240 VACCOM CHAVEAMENTO AUTOMATICO (BIVOLT)MEDE 2M COM GRADUACAO EM 0,5CM;HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELOIPEM.DIMENSOES APROXIMADAS: 34X39CM. - P200C - Valor Referência: R\$ 1.599,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VERLUMA COMERCIO LTDA	718,00	43.080,00	Homologado em 30/07/2026 08:39:28 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0006 - BALANCA DIGITAL PEDIATRICA CAPACIDADE: 15 KG OU 30KG, DIVISOES DE 5 G E10G;DISPLAYS OPERADOR (FRONTAL): LED 6 DIGITOSDE 20 MM DE ALTURA E 7 MM DE LARGURA;DISPLAYS PACIENTE (TRASEIRO): LED 6 DIGITOS DE20 MM DE ALTURA E 7 MM DE LARGURA;PAINEL A PROVA DE RESPINGOS, 2 TECLAS (ZERO ETARA);CONCHA ANATOMICA COM MEDIDAS 540X320 MM,MATERIAL ANTI-GERMESPESS REGULAVEIS;COBERTURA EM PLASTICO;FONTE EXTERNA: 110 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTOAUTOMATICO;OUTPUT: DC 6V ± 500MA;FUNCAO TARA



**ATE 100% DA CAPACIDADE MAXIMADE PESAGEM;HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELOIPEM. - LD230
BABY - Valor Referência: R\$ 985,23**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VERLUMA COMERCIO LTDA	550,00	33.000,00	Homologado em 30/07/2026 08:39:28 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0007 - BIOMBO HOSPITALAR ESPECIFICACOES:BIOMBO TRIPLO COM CORTINAS EM LONAPLASTICA/PVC BRANCO;DOBRAVEL PARA AMBOS OS LADOS, COM DOISEIXOS GIRATORIOSESTRUTURA TUBULAR EM ACO INOX.PES COM PONTEIRAS DE BORRACHA E RODIZIOSGIRATORIO DE Ø 2 NAS BANDEIRAS LATERAIS.MATERIAL: ACO INOXIDAVEL.ACABAMENTO DA ESTRUTURA: ESMALTADO.TIPO: TRIPLO DOBRAVEL.DIMENSOES APROXIMADAS:ABERTO 1870 X 1800 X 500MMCARACTERISTICAS ADICIONAIS: TECIDOREFORCADO - S-0100-O - Valor Referência: R\$ 665,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VEXOR DISTRIBUICAO LTDA	509,00	76.350,00	Homologado em 30/07/2026 08:39:28 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0008 - CADEIRA DE RODAS DESCRICAO:TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL,TIPO CONSTRUTIVO: DOBRAVEL EM DUPLO,MATERIAL ESTRUTURA: ACO INOXIDAVEL,ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPOXI,TIPO USO: LOCOMOCAO,TAMANHO:ADULTO.CAPACIDADE MAXIMA: 180 KGTIPO ENCOSTO: ENCOSTO RECLINAVELAPOIO BRACO: APOIO BRACOS ESCAMOTEAVEI.ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: ESPUMADE ALTA DENSIDADE.TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS GIRATORIOSMACIOS 6.TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO INFLAVEL.TIPO FREIO: FREIO BILATERAIS.APOIO PES: APOIO PES REMOVIVEL E REBATIVELLATERALMENTE - d500 - Valor Referência: R\$ 1.198,46

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DELLAMED S.A.	1.040,00	124.800,00	Homologado em 30/07/2026 08:39:28 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0009 - CADEIRA COLETA DE SANGUE ESPECIFICACOES TECNICAS:ESTRUTURA EM ACO CARBONO COM PINTURAELESTROSTATICA EPOXI;ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA DE ALTADENSIDADE (D28 OU SUPERIOR) REVESTIDOS EMCOURVIN LAVAVEL;BRACADEIRA LATERAL ACOLCHOADA, REGULAVELEM ALTURA E INCLINACAO POR MANIPULO;PES FIXOS COM PONTEIRAS PLASTICASANTIDERRAPANTES;DESIGN ERGONOMICO, PROPORCIONANDOCONFORTO E ESTABILIDADE DURANTE A COLETA;CAPACIDADE: PARA 1 USUARIO ADULTO, ATE 150KG.DIMENSOES APROXIMADAS:ALTURA TOTAL: 100 CMLARGURA TOTAL: 55 CMPROFUNDIDADE: 60 CMALTURA DO ASSENTO: 45 CMALTURA AJUSTAVEL DA BRACADEIRA: 70 A 100 CM. - HSP 1022 - Valor Referência: R\$ 656,76

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
D&D Empreendimentos Comerciais Ltda	414,00	33.120,00	Homologado em 30/07/2026 08:39:28 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0010 - CARRO ACO INOX PRA CURATIVO DESCRICAO: CARRO CURATIVO EM ACO INOX COMBALDE E BACIA E RODIZIOS DE 3, RODIZIOSMAIORES E MAIS RESISTENTES.ESTRUTURA: EM TUBOS DE ACO INOX REDONDODE 7/8 X 1.20MM AISI304.TAMPO E PRATELEIRA: EM CHAPA DE ACO INOX DE0.80MM DE ESPESSURA AISI430. COM GRADILPROTECAO LATERAL NO TAMPO E PRATELEIRA.SUORTE DE BALDE E BACIA EM ACO INOX.ACOMPANHA: BALDE EM ACO INOX COM TAMPACAPACIDADE DE 10 LITROS E 20CM DE DIAMETRO.ACOMPANHA: BACIA EM ACO INOX DE 30CM DEDIAMETRO.PES: COM RODIZIOS GIRATORIOS DE 3 DEDIAMETRO.DIMENSOES: LARGURA: 0,40M X ALTURA: 0,80M XPROFUNDIDADE: 1,10M. - CARRO PARA CURATIVO - Valor Referência: R\$ 1.154,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JUANA ESTER MARCELINO VARGAS	550,00	35.750,00	Homologado em 30/07/2026 08:39:28 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0011 - DERMATOSCOPIO PORTATIL ILUMINACAOHALOGENEO 2,5V, LUPA 10X, VIDRO COM E SEMESCALA, METAL CROMADO, PROTETOR DEBORRACHA, ESTOJO, GARANTIA MINIMA 12 MESES.ALIMENTACAO POR 2 PILHAS ALCALINAS TIPO C - MISSOURI 502 LED - Valor Referência: R\$ 706,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	440,00	30.800,00	Homologado em 30/07/2026 08:39:28 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0012 - DETECTOR FETAL CICLAGEM 6.000 A 60.000;FREQUENCIA: 2,0-2,25 MHZ,DISPLAY DIGITAL, FAIXA BCF 50-240 BPM,ALIMENTACAO: BATERIA 9V ALCALINA,CARREGADOR BIVOLT, DIMENSOES MINIMAS:100X33X130 MM - MEDMAX / PORTATIL - Valor Referência: R\$ 564,17

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	330,00	41.250,00	Homologado em 30/07/2026 08:39:28 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0013 - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO ESPECIFICACOES TECNICAS OBRIGATORIAS:TIPO: DEA TOTALMENTE AUTOMATICO, PORTATIL;PESO DO EQUIPAMENTO: MAXIMO 3 KG, PORTATIL EDE FACIL MANUSEIO;ENERGIA DE DESFIBRILACAO: AJUSTAVELAUTOMATICAMENTE CONFORME PROTOCOLO DOFABRICANTE;MODOS DE OPERACAO: TOTALMENTEAUTOMATICO, COM INSTRUcoes POR VOZ E SINAISVISUAIS CLAROS;TELA E ALERTAS: DISPLAY LED/LCD OUINDICADORES LUMINOSOS, ALERTAS DE BATERIA EMANUTENCAO PREVENTIVA;BATERIA: RECARREGAVEL, AUTONOMIA MINIMA DE200 CHOQUES OU 4 HORAS DE OPERACAOCONTINUA;ELETRODOS:



INCLUSOS PARA ADULTOS, COMVALIDADE MINIMA DE 2 ANOS, COMPATIVEL COMREPOSICAO FUTURA;ESTOJO RESISTENTE A IMPACTOS, POEIRA EUMIDADE;NORMAS DE SEGURANCA OBRIGATORIAS: CERTIFICADO IEC 60601-1, IEC 60601-2-4 OUEQUIVALENTES NACIONAIS/INTERNACIONAIS,REGISTRO ANVISA;ACESSORIOS OBRIGATORIOS: MANUAL DEOPERACAO COMPLETO, ELETRODOS DEREPOSICAO E BATERIA RECARREGAVEL INCLUSOS;GARANTIA: MINIMA DE 12 MESES CONTRADEFEITOS DE FABRICACAO, INCLUINDO SUPORTETECNICO E MANUTENCAO PREVENTIVA.OBSERVACAO:EQUIPAMENTO DEVE SER ENTREGUE PRONTOPARA USO IMEDIATO, INCLUINDO TODOS OSACESSORIOS OBRIGATORIOS. NAO SERAO ACEITOSEQUIPAMENTOS DOMESTICOS, BRINQUEDOS OU MODELOS QUE NAO ATENDAM AS NORMASTECHNICAS E CERTIFICACOES LISTADAS. - PROPRIO - Valor Referência: R\$ 7.879,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.689,00	341.340,00	Homologado em 30/07/2026 08:39:28 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0014 - ESCADA HOSPITALAR ESPECIFICACOES TECHNICAS:ESTRUTURA CONSTRUIDA EM TUBOS PINTADOS7/8;DOIS DEGRAUS EM CHAPA COM PISOANTIDERRAPANTE;PES COM PONTEIRAS DE BORRACHA PARA MAIORESTABILIDADE;TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURAELETROSTATICA A PO;DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA 37 CM LARGURA 40 CM COMPRIMENTO 37 CM;PESO DO EQUIPAMENTO: 2 KG;CAPACIDADE MAXIMA DE PESO DO PACIENTE: 120KGESIGN: SEGURO E ESTAVEL, ADEQUADO PARA USOEM UBS, CONSULTORIOS E AMBIENTES CLINICOS.OBSERVACAO:O EQUIPAMENTO DEVE SER ENTREGUE PRONTOPARA USO, RESISTENTE, SEGURO E ESTAVEL,CONFORME NORMAS DE SEGURANCA APLICAVEIS - HSP 1002 - Valor Referência: R\$ 182,49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
D&D Empreendimentos Comerciais Ltda	109,00	16.350,00	Homologado em 30/07/2026 08:39:28 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0016 - KIT OTOSCOPIO DESCRICAO: OTOSCOPIO EM METAL CROMADOINOXIDAVEL, LAMPADA INCANDESCENTE: 2,5V, 5ESPECULOS AURICULARES REUTILIZAVEIS,REGULADOR LUMINOSIDADE, ESTOJO.TIPO ALIMENTACAO: PILHA AA. - MARK II - Valor Referência: R\$ 355,16

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	300,00	30.000,00	Homologado em 30/07/2026 08:39:28 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0018 - LARINGOSCOPIO ADULTO INOX, 3 LAMINASCURVAS NO 2,3 E 4, CABO PARA 2 PILHAS TIPO CMEDIAS, LAMPADAS PARA LAMINAS, ESTOJO - ad 3 lam - Valor Referência: R\$ 727,58

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	399,00	31.920,00	Homologado em 30/07/2026 08:39:28 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0019 - LARINGOSCOPIO PEDIATRICO INOX 3 LAMINASCURVAS NO 0,1 E 2, CABO PARA 2 PILHAS TIPO CMEDIAS, LAMPADAS PARA LAMINAS, ESTOJO - inf 3 lam - Valor Referência: R\$ 786,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	399,00	31.920,00	Homologado em 30/07/2026 08:39:28 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0020 - LANTERNA CLINICA LANTERNA CLINICA LED 3V,ACABAMENTO ANODIZADO, 2 PILHAS AAA, LUZ3000K, - BIOLAND / LED - Valor Referência: R\$ 115,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17,00	3.400,00	Homologado em 30/07/2026 08:39:28 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0021 - MACA CLINICA ESTRUTURA EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, COMESPRESSURA MINIMA DE 1,2 MM, RESISTENTE AOXIDACAO, DE ALTA DURABILIDADE E FACILHIGIENIZACAO;ACABAMENTO: SUPERFICIE POLIDA ESCOVADA(NAO SERA ACEITO ACABAMENTO ESMALTADO,PINTADO OU GALVANIZADO);DIMENSOES APROXIMADAS: COMPRIMENTO ATE2,00 M (±10 CM), LARGURA 0,90 M (±5 CM), ALTURAENTRE 0,90 M E 1,00 M;CAPACIDADE DE CARGA MINIMA: 250 KG;PES FIXOS COM PONTEIRAS DEBORRACHAANTIDERRAPANTE E NIVELADORAS,GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANCA;CABECEIRA REGULAVEL POR SISTEMA DECREMALHEIRA METALICA REFORCADA, COMMULTIPLOS ANGULOS DE INCLINACAO;LEITO FIXO CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACOINOXIDAVEL AISI 304, TOTALMENTE LISA, SEMFRESTAS, CANTOS VIVOS OU AREAS DE DIFICILLIMPEZA;COLCHAO INCLUSO, CONFECCIONADO EM ESPUMADENSIDADE D-33, ESPESSURA MINIMA 5 CM,REVESTIDO EM COURVIN VINILICO HOSPITALARIMPERMEAVEL, ANTIALERGICO, LAVAVEL,RESISTENTE A PRODUTOS DESINFETANTES,COSTURAS REFORCADAS E CANTOSARREDONDADOS;LEITO FORNECIDO OBRIGATORIAMENTE COMCOLCHAO INCLUSO, PARTE INTEGRANTE EINDISSOCIAVEL DA MACA. NAO SERA ACEITOFORNECIMENTO PARCIAL, INCOMPLETO OU SEPARADO DO COLCHAO;ACESSORIO OBRIGATORIO: SUPORTE METALICOPARA ROLO DE LENCOL DESCARTAVEL ACOPLADOA CABECEIRA;SUPERFICIES LISAS, SEM CANTOS CORTANTES,COMPATIVEL COM LIMPEZA E DESINFECCAOHOSPITALAR (ALCOOL 70%, HIPOCLORITO ESIMILARES);COMPATIVEL COM ROTINA HOSPITALAR DELIMPEZA E DESINFECCAO;CADA UNIDADE DEVE POSSUIR IDENTIFICACAO DOFABRICANTE, NUMERO DE SERIE/LOTE E REGISTROANVISA VALIDO;PRODUTO DEVE SER ENTREGUE NOVO, ORIGINALDE FABRICA, MONTADO E PRONTO PARA USO,ACOMPANHADO DE MANUAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO. - MACA CLÍNICA - Valor Referência: R\$ 1.136,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0023 - OXIMETRO DE MESA MONITOR PORTATIL E DEMESA, BATERIAS RECARREGAVEIS TIPO AA, DISPLAY LCD COLORIDO, MEMORIA INTERNA 24H, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO. MEDICAO DE SPO2; FREQUENCIA DE PULSO; TELA COM ONDA PLETISMOGRAFICA; COMPATIVEL COM SOFTWARE DE GESTAO DEDADOS; INDICADOR DE PERFUSAO- FAIXA DE MEDICAO DESPO2: 0 A 100%; FAIXA DE MEDICAO DE FREQ. PULSO: 25 A 300 BPM; TELA LCD; ALARME AUDIOVISUAL; TABELAS DE TENDENCIA; GRANDE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO; PESO: 165 GRAMAS; TECNOLOGIA PARA BAIXA PERFUSAO E MOVIMENTACAO - PC-66B - Valor Referência: R\$ 4.003,10

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	650,00	65.000,00	Homologado em 30/07/2026 08:39:28 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0024 - POLTRONA HOSPITALAR ESTRUTURA: ESTRUTURA METALICA EM ACO DE ALTA RESISTENCIA, SUPORTANDO ATE 150 KG. PINTURA EPOXI ELETROSTATICA A PO, UNIFORME E RESISTENTE A RISCOS E CORROSAO. PES COM PONTEIRAS PLASTICAS ANTIDERRAPANTES. OPCIONAL: RODIZIOS FIXAVEIS. RECLINABILIDADE E MECANISMO RECLINAVEL EM 4 POSICOES, COM MOVIMENTO SINCRONIZADOS DE ENCOSTO E APOIO DE PES. ULTIMA POSICAO: TRENDELENBURG. MECANISMO ACIONADO POR MOLA DE ALTA RESISTENCIA COM ALAVANCA LATERAL PROTEGIDA POR MANOPLA PLASTICA. SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANCA SOB O ASSENTO. BRACOS ARTICULADOS, ENCOSTO E APOIO DE PESSINCRONIZADOS, DESLOCANDO-SE CONJUNTAMENTE SOBRE ESPUMA D26 DE ALTA DENSIDADE EM ENCOSTO, ASSENTO, DESCANSA-PES E BRACOS. REVESTIMENTO EM COURVIN OU EQUIVALENTE, DE FACIL ASEPSIA, RESISTENTE A LIQUIDOS EM MANCHAS HOSPITALARES. COSTURAS REFORÇADAS, SEM FALHAS OU REBARBAS. DIMENSÕES POSICAO NORMAL: C=1,05 M X L=0,78 M. ALTURA DO ASSENTO: 0,55 M. LARGURA ASSENTO INTERNO: 0,53 M. POSICAO RECLINADA MAXIMA: C=1,70 M X L=0,78 M X A=0,55 M. GARANTIA E CONDIÇÕES: GARANTIA MINIMA 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO E MATERIAIS. QUALQUER UNIDADE FORA DAS ESPECIFICACOES SERA REJEITADA IMEDIATAMENTE, SEM PAGAMENTO PARCIAL. FORNECEDOR DEVE ENTREGAR MONTADA E FUNCIONAL, COM ACABAMENTO PERFEITO. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE, PROTEGENDO CONTRA DANOS NO TRANSPORTE. OBRIGATORIO: FOTOS DO PRODUTO E CERTIFICADO DE TESTE DE CARGA E MATERIAIS ANTES DA ENTREGA. - LIFENOX / DESCANSO - Valor Referência: R\$ 1.341,99

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.100,60	165.090,00	Homologado em 30/07/2026 08:39:28 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0025 - SELADORA FINALIDADE: SELADORA ELETRICA DE BANCADA PARA VEDACAO DE ENVELOPES DE ESTERILIZACAO CONTENDO INSTRUMENTOS, GAZES, ALGODAO, COMPRESSAS OU PEQUENOS UTENSILIOS DONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS, GARANTINDO VEDACAO SEGURA PARA AUTOCLAVE. TIPO E APLICACAO ELETRICA, DE BANCADA. APLICACAO: VEDACAO DE ENVELOPES DE ESTERILIZACAO. CAPACIDADE E SELAGEM: LARGURA DE SELAGEM: 30 CM. COMPRIMENTO MAXIMO DO ENVELOPE: 40 CM (PERMITINDO ENVELOPES PADRAO). SELAGEM CONTINUA, UNIFORME E SEM FALHAS. ESTRUTURA E DIMENSÕES DA MAQUINA: CORPO EM POLIPROPILENO RESISTENTE OU EQUIVALENTE. SUPERFICIES LISAS, RESISTENTES E DE FACIL LIMPEZA. ALTURA DA MAQUINA: APROXIMADAMENTE 1520 CM, COMPATIVEL COM BANCADA DE LABORATORIO OU CONSULTORIO. PROFUNDIDADE DA MAQUINA: COMPATIVEL COM COMPRIMENTO MAXIMO DE ENVELOPE (40 CM). OPERACAO: FUNCIONAMENTO MANUAL COM ACIONAMENTO ELETRICO. CONTROLADOR ELETRONICO DE TEMPO DE SELAGEM, AJUSTAVEL. CARACTERISTICAS ELETRICAS TENSÃO: 110/220 V, COMPATIVEL COM REDE ELETRICA PADRAO. EQUIPAMENTO DEVE ATENDER AS NORMAS DE SEGURANCA ELETRICA VIGENTES. GARANTIA E CONDIÇÕES OBRIGATORIAS: GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, COBRINDO DEFEITOS DE FABRICACAO E MATERIAIS. QUALQUER UNIDADE FORA DAS ESPECIFICACOES SERA REJEITADA IMEDIATAMENTE, SEM PAGAMENTO PARCIAL. ENTREGA TOTALMENTE FUNCIONAL, TESTADA E COM EMBALAGEM RESISTENTE. FORNECEDOR DEVE FORNECER MANUAL DE OPERACAO E CERTIFICADO DE TESTE DO CONTROLADOR DE TEMPO. - AGIR SEAL BASIC 35 CM - Valor Referência: R\$ 1.181,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	530,00	53.000,00	Homologado em 30/07/2026 08:39:28 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0026 - SUPORTE PARA SORO ESPECIFICACOES TECNICAS: MATERIAL: CORPO E COLUNA EM ACO INOXIDAVEL DE ALTA QUALIDADE; BASE COM 4 PES EM FERROFUNDIDO OU INOX REFORÇADO. ALTURA REGULAVEL: MINIMO 1,80 M / MAXIMO 2,50M, AJUSTAVEL POR MANOPLA/ROSCA CENTRAL, SEM FOLGAS. GANCHOS: 4 GANCHOS FIXOS NO TOPO, NAOS SUBSTITUIVEIS POR MENOS GANCHOS. RODIZIOS: 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE 3 COM TRAVAS, COMPATIVEIS COM PISO HOSPITALAR. CARGA MAXIMA: SUPORTA NO MINIMO 10 FRASCOS DE SORO PADRAO SIMULTANEAMENTE. PROTECOES: CAPAS OU PROTETORES NOS PÉS PARA EVITAR ARRANHÕES OU INSTABILIDADE. ENTREGA: O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE MONTADO, PRONTO PARA USO, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, COBRINDO DEFEITOS DE MATERIAL E MONTAGEM. - SUPORTE PARA SORO - Valor Referência: R\$ 483,24

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JUANA ESTER MARCELINO VARGAS	100,00	20.000,00	Homologado em 30/07/2026 08:39:28 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0027 - NEGATOSCOPIO DESCRICAO: CONSTRUÍDO EM CHAPA DE ACOMOLDURA EM ACO PINTADO C/ TRATAMENTO ANTIFERRUGEM/, MATERIAL VISOR: ACRILICO TRANSLUCIDO, COMPRIMENTO ESPESSURA DE 046MM BITOLA 26, PINTURA EPOXI COM FRENTE DE ACRILICO LEITOSO FIXACAO DE RX POR ROLETE SEM BIVOLT, COM LAMPADA DE LED. FIXACAO EM PAREDE. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PRENDEDOR RADIOGRAFIA NO CORPO. ESPECIFICACOES TECNICAS CHAVE LIGA/DESLIGA: DUAS POSICOES BIVOLT AUTOMATICO 127V/220V COR DO



CORPO: BRANCODIMENSOES (CM): 35 X 7 X 45**AREA ILUMINADA (CM): 32 X 35,5****PESO: 2 KG****FREQUENCIA: 50/60**
HZ**LAMPADA: LED DE ALTO BRILHO****GARANTIA: 1 ANO - CNK 1500 - Valor Referência: R\$ 769,48**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	224,00	13.440,00	Homologado em 30/07/2026 08:39:28 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0028 - NEBULIZADOR HOSPITALAR 4 SAIDAS**VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMATICO****DIMENSOES DO PRODUTO (CM): N107 X 60 X 34****(COM SUPORTE)****PESO: 7,0 KG (COM SUPORTE)****INTENSIDADE DA NEVOA: INTENSA****FUNCIONAMENTO: ALIMENTACAO VIA REDE****ELETRICA****DESLIGAMENTO AUTOMATICO****COMPRIMENTO DA MANGUEIRA: 1,5 METROS****CONTEUDO DA EMBALAGEM: : 1 INALADOR, 4 MASCARAS ADULTO, 4 MASCARAS INFANTIL, 4 MANGUEIRAS DE AR E 4 COPOS DE NEBULIZACAO****TURBO****INALACAO SUAVE E CONTINUA TANTO PARA UM UNICO PACIENTE QUANTO PARA ATE QUATRO PACIENTES SIMULTANEAMENTE. - MRM200C - Valor Referência: R\$ 1.393,75**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MRM HOSPITALAR LTDA	1.390,00	69.500,00	Homologado em 30/07/2026 08:39:28 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0029 - INALADOR E NEBULIZADOR**DESCRICAO: O EQUIPAMENTO DEVE ATENDER AOS SEGUINTE REQUISITOS TECNICOS MINIMOS: TIPO: NEBULIZADOR PNEUMATICO, COMPRESSOR APISTAO, DE USO CONTINUO. TENSÃO: BIVOLT AUTOMATICO (110/220V) COM CHAVE SELETORA OU BIVOLT AUTOMATICO. DESEMPENHO: CAPACIDADE DE GERAR NEVOA FINA E CONSTANTE, COM TAXA DE NEBULIZACAO MINIMA DE 0,35 ML/MIN E TAMANHO MEDIO DE PARTICULAS MENOR QUE 5 MICROMETROS (µM), GARANTINDO ADEQUADA DEPOSICAO PULMONAR. RUÍDO MÁXIMO: ATE 60 DB (DECIBEIS), PARA USO CONFORTAVEL EM AMBIENTE HOSPITALAR EDOMICILIAR. TEMPO MEDIO DE NEBULIZACAO: COMPATIVEL COM PADROES CLINICOS (5 A 10 MINUTOS PARA 5 ML DE SOLUCAO). MATERIAL: CORPO E ACESSORIOS FABRICADOS EM MATERIAL ATOXICO, RESISTENTE E DE FACIL HIGIENIZACAO. ALTURA DO PRODUTO (CM) 20,0. LARGURA DO PRODUTO (CM) 15,0. PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM) 8,5. PESO LÍQUIDO (KG) 1,132. ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 26,0. LARGURA DA EMBALAGEM (CM) 19,0. PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM) 11,5. PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG) 1,515. VOLTAGEM: BIVOLT. ACESSORIOS OBRIGATORIOS: COPO NEBULIZADOR; MASCARA ADULTO E INFANTIL; BOCAL E EXTENSAO DE AR; FILTRO DE AR SUBSTITUIVEL. CERTIFICACAO: REGISTRO OU CADASTRO ATIVO NA ANVISA E CERTIFICACAO INMETRO, COMPROVANDO SEGURANCA ELETRICA E DESEMPENHO. CONDICAO DE FORNECIMENTO: O PRODUTO DEVERA SER NOVO, ORIGINAL, EM EMBALAGEM LACRADA DE FABRICA, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUES E SEM SINAIS DE USO, AVARIAS OU DEFEITOS. CRITÉRIO DE ACEITACAO: SERAO RECUSADOS PRODUTOS COM DESEMPENHO INFERIOR, RUÍDO EXCESSIVO, FALHAS DE VEDACAO, VAZAMENTO DE AR, BAIXA GERACAO DE NEVOA OU MATERIAL DE BAIXA DURABILIDADE. - G-TECH NEBCOM V - Valor Referência: R\$ 269,00**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	269,00	8.070,00	Homologado em 30/07/2026 08:39:28 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0031 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA COMPOSTA COM ASSENTO E ENCOSTO, EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO CART., UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA, REFLETOR ODONTOLÓGICO. ASSENTO E ENCOSTO: MOVIMENTOS DO ASSENTO E ENCOSTO ACIONADOS POR MOTOR REDUTORES ELETRICOS SILENCIOSOS, RESISTENTES E ISENTOS DE OLEO. ACIONAMENTO DE SUBIDA/DESCIDA DO ASSENTO E SUBIDA/DESCIDA DO ENCOSTO, POSICAO DE TRABALHO E VOLTA A ZERO AUTOMATICOS REALIZADOS POR PEDAL DE COMANDO NAO INTEGRADO NA BASE DA CADEIRA. ACENDIMENTO DO REFLETOR NO PEDAL. ENCOSTO DE CABECA BIARTICULADO. BRACOS DE APOIO BILATERAIS DE PEQUENA DIMENSAO. ESTOFAMENTO DO ENCOSTO DE CABECA, ENCOSTO E ASSENTO DA CADEIRA COM LINHAS ARREDONDADAS E CURVATURAS ANATOMICAS, CONFECCIONADAS EM MATERIAL RESISTENTE E CONFORTAVEL, REVESTIDOS COM PVC DE SUPERFICIE LISA E SEM COSTURAS. COR VERDE CLARO. PROTETOR DE CALCANHAR EM PLASTICO TRANSPARENTE. ESTRUTURA METALICA BALANCEADA QUE ELIMINA A NECESSIDADE DE FIXACAO DA CADEIRA AO SOLO, TRATAMENTO CONTRA OXIDACAO E PINTURA LISA. CARENAGENS LISAS E COM CANTOS ARREDONDADOS. - CONJ ODONTOLÓGICO PRIME ONE CART - Valor Referência: R\$ 21.630,38

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BHDENTAL COMERCIAL LTDA	11.700,00	292.500,00	Homologado em 30/07/2026 08:39:28 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

0032 - MOCHO PROFISSIONAL SOFT EM COURO VERDE AGUA BASE COM 5 RODIZIOS DE POLIAMIDA, RESISTENTE, PROPORCIONA EXCELENTE ESTABILIDADE E FACIL MOBILIDADE, ENCOSTO ANATOMICO, ACABAMENTO LISO E CANTOS ARREDONDADOS DE FACIL LIMPEZA E ASSEPSIA, ESTOFAMENTO EM MATERIAL RIGIDO E RESISTENTE, COM REVESTIMENTO SEM COSTURA, DENSIDADE ADEQUADA E ANTI-DEFORMANTE, POSSUI AJUSTE DE ALTURA ASSENTO COM SISTEMA CENTRAL DE ELEVACAO A GAS ATRAVES DE ALAVANCA LATERAL, PROMOVENDO MOVIMENTOS SUAVES. ESPECIFICACOES TECNICAS: ALTURA DO ASSENTO: 410/520MM. ALTURA DO ENCOSTO: 380/430MM. CAPACIDADE DE CARGA: 110KG. LARGURA DA BASE APROXIMADA :550MM. LARGURA DO ESTOFAMENTO APROXIMADA: 425MM. SISTEMA DE ELEVACAO: PISTAO A GAS. - d700/mocho confort verde agua - Valor Referência: R\$ 499,20

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	457,00	50.270,00	Homologado em 30/07/2026 08:39:28 Por: Dayana Mara dos Santos Silva Bizi



Dayana Mara dos Santos Silva Bizi
Autoridade Competente

